

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

**ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби
медичного призначення різні**

08.02.2022 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «Головний медичний центр МВС України», код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116, надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-02-08-016170-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки № 33/4-62 від 11.01.2023 відповідно до проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, з метою повного забезпечення і своєчасного надання медичної послуги, враховуючи потребу з обсягів споживання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 255 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні:

№ п/п	Найменування	Одини ця виміру	Кількість	Примітка
1	Стерилізатор повітряний	шт.	1	Стерилізатор призначений для повітряної стерилізації хірургічних інструментів, термостійких шприців та голок (з відміткою +200°C), а також скляного посуду, інших об'єктів медичного призначення.
№ з/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики				
1.1	Об'єм стерилізаційної камери		40 л	
1.2	Налаштовуваний температурний режим		50 ... 200 С °	
1.3	Налаштовуваний час витримки		1 ... 999 хв.	
1.4	Час нагріву до 200 С°		30 хв.	
1.5	Відхилення температури від заданого значення		± 3 С °	
1.6	Напруга, частота		220 В, 50 Гц	
1.7	Споживана потужність		1,3 кВт	

1.8	Габаритні розміри (Ш × В × Г)	580мм×595мм×445мм	
1.9	Розміри стерилізаційної камери (Ш × В × Г)	285мм×470мм×300 мм	
1.10	Вага стерилізатора	Не більше 40 кг	

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Столик маніпуляційний	шт.	6	Столик призначений для розміщення хірургічних інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних та операційних.

№ з/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
-------	------------	---	------------------------

1. Технічні характеристики

1.1	Довжина	590±10 мм	
1.2	Глибина	420±10 мм	
1.3	Висота	880±10 мм	
1.4	Комплект постачання	Стійка – 2 шт. Короб з висувним ящиком – 1 шт. Полиця – 2 шт. Каркас нижньої полиці – 1 шт. Колесо з/г – 2 шт. Колесо б/г – 2 шт. Болт 8*35 метричний - 4 шт. Шайба М8 – 4 шт. Шайба М8 пружинна - 4 шт. Болт 6*50 з квадратним підголівником – 4 шт. Болт 6*35 з квадратним підголівником – 8 шт. Гайка М6 – 12 шт. Шайба М6 – 12 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Схема складання – 1 шт.	
1.5	Виріб	Столик являє собою металеву конструкцію, виконану з уніфікованих елементів, пофарбовану порошковою фарбою. На стійках розміщений короб з висувним ящиком, верхня полиця (над ящиком) та нижня полиця. Столик встановлений на колеса, два з яких оснащені гальмами.	
1.6	Ящик	Столик укомплектований металевим висувним ящиком, пофарбований порошковою фарбою.	

1.7	Матеріал каркасу	Металевий профіль 20x20x1,2 мм; Металевий профіль 30x15x1,5 мм	
1.8	Опора	Каркас має опору у вигляді чотирьох колісат діаметром 50 мм.	
1.9	Полиці	Верхня полиця (над ящиком) та нижня полиця виготовлені з металевого листа (товщина 0,8 мм)	
1.10	Маса виробу	Не більше 20 кг	
1.11	Навантаження, що допускається	До 25 кг	
1.12	Колір фарбування	Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Столик інструментальний	шт.	2	Столик використовується в медичних закладах для розміщення хірургічних інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних та операційних.
№ з/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики				
1.1	Довжина		655±10 мм	
1.2	Ширина		475±10 мм	
1.3	Висота		905±10 мм	
1.4	Довжина полиці		570±10 мм	
1.5	Ширина полиці		420±10 мм	
1.6	Комплект постачання		Стійка – 2 шт. Рамка металева під полицю – 2 шт. Полиця скляна – 2 шт. Гвинт 8х50 в потай – 8 шт. Гайка М8 ковпачкова – 8 шт. Шайба М8 – 8 шт. Гумова прокладка – 8 шт. Колесо пластикове - 4 шт. Інструкція із застосування – 1 шт.	
1.7	Виріб		Столик являє собою конструкцію, виконану з уніфікованих елементів. На стійках, з'єднаних полицетримачами, встановлені дві полиці. Столик має колеса, які роблять можливим його переміщення.	
1.8	Матеріал каркасу		Металевий профіль 20х20х1,2 мм ; Металевий лист (товщина 0,8 мм, розміри 1,25*2,5)	

1.9	Матеріал полицок	Скло	
1.10	Опора	Ролик мебельний (діаметр 40 мм), 4 шт.	
1.11	Маса виробу	Не більше 15 кг	
1.12	Навантаження, що допускається	Не більше 15 кг	
1.13	Фарбування	Каркас столу пофарбований білою порошковою фарбою (Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями)	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Кушетка процедурна з регулюємим підголівником	шт.	9	Кушетка процедурна з регулюємим підголівником використовується в медичних закладах для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур.

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики			
1.1	Довжина	1950±10 мм	
1.2	Ширина	650±10 мм	
1.3	Висота	600±10 мм	
1.4	Комплект постачання	Ложе кушетки - 1шт. Ніжка до кушетки – 2шт. Рушникотримач з кріпленням – 1 шт. Комплект метизів для кріплення ніг – 1шт. Інструкція із застосування - 1шт.	
1.5	Конструкція	Кушетка являє собою розбірну конструкцію	
1.6	Каркас і ніжки кушетки	Виконані зі сталевих профільних труби та пофарбовані порошковою фарбою	
1.7	Ложе	До каркаса кріпиться ДСП. Ложе оббите зверху шкірозамінником з м'якою підкладкою з поролону, а знизу - підкладочною тканиною.	
1.8	Підголівник	Підголівник кушетки оснащений пристроєм регулювання кута нахилу типу «трещітка».	
1.9	Рушникотримач	В нижній частині кушетки розташований рушникотримач.	
1.10	Вага виробу	Не більше 30 кг	
1.11	Навантаження, що допускається	Не більше 150 кг	

1.12	Колір фарбування каркасу	Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями	
------	--------------------------	--	--

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Стілець гвинтовий пересувний	шт.	3	Стілець гвинтовий пересувний використовується в медичних закладах для комфортного розміщення медперсоналу і пацієнта при огляді.
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики				
1.1	Габаритні розміри (в нижньому положенні)		600x600x450 мм	
1.2	Висота сидіння (від підлоги)		Регулюється від 450-600 мм	
1.3	Діаметр сидіння		380 мм	
1.4	Конструкція		Стілець являє собою зварену конструкцію, встановлену на колеса	
1.5	Матеріал каркасу		Металева труба (діаметр – 27 мм, товщина стінки 1,2 мм) ; Металева труба (діаметр – 27 мм, товщина стінки 2,5 мм)	
1.6	Комплектація		Стілець в сборі – 1 шт. Інструкція із застосування – 1 шт.	
1.7	М'яке покриття		М'яке сидіння, оббите вінілішкірою.	
1.8	Матеріал м'яких частин стільця		ДСП товщина 16 мм, поролон 20 мм, покриття вінілішкіра	
1.9	Ніжки		3 шт., встановлені на гумові колеса, 1шт. із колес з гальмом (діаметр – 50 мм)	
1.10	Маса виробу		Не більше 8 кг	
1.11	Колір каркасу		Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Стілець гвинтовий із спинкою пересувний	шт.	3	Стілець гвинтовий із спинкою пересувний використовується в медичних закладах для комфортного розміщення медперсоналу і пацієнта при огляді.
№ з/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)

1. Технічні характеристики			
1.1	Габаритні розміри (в нижньому положенні)	620х620х980 мм	
1.2	Висота сидіння (від підлоги)	450-600 мм	
1.3	Діаметр сидіння	380 мм	
1.4	Конструкція	Стілець, який є собою зварену металеву конструкцію, встановлену на гумові колеса. Також до нього в комплекті йде м'яка спинка.	
1.5	Матеріал каркасу	Металева труба (діаметр – 21 мм, товщина стінки 2,5 мм) ; Металева труба (діаметр – 27 мм, товщина стінки 1,2 мм) ; Металева труба (діаметр – 27 мм, товщина стінки 2,5 мм) ;	
1.6	Комплектація	Стілець в сборі – 1 шт. Інструкція з експлуатації – 1 шт.	
1.7	М'яке покриття	Стілець має м'яке сидіння, оббите вініліскоїрною. Також до нього в комплекті йде м'яка спинка.	
1.8	Матеріал м'яких частин стільця	ДСП товщина 16 мм, поролон 20 мм, покриття вініліскоїра	
1.9	Ніжки	3 шт., встановлені на гумові колеса, 1 шт. із колес з гальмом (діаметр – 50 мм)	
1.10	Маса виробу	Не більше 10 кг	
1.11	Колір каркасу	Білий, РММ, з антибактеріальними властивостями	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	<i>Банкетка зі спинкою</i>	шт.	8	Банкетка зі спинкою використовується в медичних закладах для відпочинку трьох пацієнтів в очікуванні прийому лікаря.
№ з/п	Опис вимог		Назва, функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики				
1.1	Довжина		1350±10 мм	
1.2	Ширина		460±10 мм	
1.3	Висота		900±10 мм	
1.4	Комплект постачання		Спинка – 1шт. Сидіння – 1 шт. Стілець – 2 шт. Комплект метизів – 1 шт. Інструкція з експлуатації - 1шт. Схема складання – 1 шт.	

1.5	Матеріал каркасу	Металева профільна труба 25х25х1,2 мм Металевий профіль 25х25х1,2 мм	
1.6	Сидіння і спинка банкетки	бесшовно оббиті штучною вінілісшкірою,	
1.7	Матеріал сидіння і спинки	ДСП товщина 16 мм, оббите вінілісшкірою з м'якою підкладкою із поролону	
1.8	Маса виробу	Не більше 30 кг	
1.9	Колір фарбування каркасу	Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	
1	Шафа медична дводерна з сейфом	шт.	2	Шафа медична використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних, операційних та ін.	
№ з/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням		Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики					
1.1	Довжина		955±10 мм		
1.2	Глибина		400±10 мм		
1.3	Висота		1610±10 мм		
1.4	Довжина полиці		950 ± 10 мм		
1.5	Ширина полиці		355 ± 10 мм		
1.6	Комплект постачання		Боковина шафи - 2шт. Задня стінка шафи - 1шт. Двері шафи - 2шт. Двері сейфа - 2шт. Полиця шафи - 2шт. Полиця сейфа - 1шт. Верхня кришка шафи - 1шт. Нижня полиця шафи (дно) - 1шт. Кришка сейфа – 1 шт. Скло на двері шафи - 2шт. Комплект метизів для збірки шафи - 1шт. Інструкція із застосування - 1шт. Схема складання шафи - 2шт.		
1.7	Виріб		В нижній частині шафи розміщений двостулковий металевий сейф. У верхній частині шафи є дві полиці та дверцята з замком.		
1.8	Верхня секція		Має дві металеві полиці, та скляні дверцята з замком та магнітом.		

1.9	Полиці верхньої секції	Виготовлені з металевого листа (товщина 0,8 мм)	
1.10	Нижня секція	Металевий двостулковий сейф, який зачиняється на замок та магніт, з полицею в середині.	
1.11	Полиця нижньої секції	Виготовлена з металевого листа (товщина 0,8 мм)	
1.12	Матеріал каркасу	Металевий профіль 20x20x1,2 мм	
1.13	Дверцята	Верхні виготовлені зі скла, розмір 873 x 465 мм. Нижні виготовлені з металевого листа (товщина 0,8 мм)	
1.14	Ніжки	Шафа комплектується ніжками з заглушками, 4 шт.	
1.15	Маса виробу	Не більше 65 кг	
1.16	Допустиме статичне навантаження на полицю	До 30 кг	
1.17	Колір каркасу	Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	
1	Стіл перев'язувальний	шт.	1	Стіл перев'язувальний використовується в медичних закладах для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур.	
№ з/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням		Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики					
1.1	Довжина		1900±10 мм		
1.2	Ширина		600±10 мм		
1.3	Висота		900±10 мм		
1.4	Комплект постачання		Ложе столу - 1шт. Стійка - 2шт. Перемичка - 1шт. Комплект метизів - 1шт. Інструкція із застосування - 1шт.		
1.5	Матеріал каркасу		Стіл являє собою розбірну конструкцію, виконану з профільної металевої труби.		
1.6	М'яке покриття		Зверху кріпиться ДСП, оббите вінілішкірою з м'якою підкладкою з поролону.		
1.7	Фарбування		Каркас столу пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.		
1.8	Маса		Не більше 30 кг		
1.9	Виробництво		Україна		

з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	<i>Камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструментарію Економ</i>	шт.	2	Камера не призначена для стерилізації інструменту, а тільки для підтримки його стерильності перед застосуванням в медичних, лікувальних установах.
№ з/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	Відповідність (так/ні)
1. Технічні характеристики				
1.1	Внутрішній об'єм, л			
1.2	Джерело випромінювання: Лампа бактерицидна TUV 8W		1 шт.	
1.3	Середня тривалість горіння ламп, год (TUV)		не менше 9000	
1.4	Напруга електроживлення, В			
1.5	Частота, Гц			
1.6	Споживана потужність, Вт			
1.7	Габаритні розміри,мм		490x290x200	
1.8	Гарантія, місяців			

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні і введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена відродповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам, тощо).

Для підтвердження можливості поставки Товару в повному обсязі та в необхідний термін Учасник надає Гарантійний лист в якому гарантує, що при поставці товару товар буде поставлений разом із інструкцією та технічними документами на нього, в тому числі із сертифікатами від виробника які офіційно підтверджують якість товару (або інші документи які підтверджують якість товару відповідно до вимог

чинного законодавства) та які будуть відповідати заявленому терміну придатності товару.

Запропоновані вироби повинні бути дозволені до застосування на території України. На кожне найменування мають бути надані декларації відповідності, свідоцтво про якість або інші документи, що підтверджують можливість застосування вибору за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту.


Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника.

Строк поставки: до 25.12.2023 р.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Ксенія КОВАЛЬОВА