

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали

05.12.2022 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «Головний медичний центр МВС України», код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116, надає інформацію про процедуру відкритих торгів з особливостями.

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2022-12-05-015099-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки № 33/4-1929 від 28.11.2022 завідувача операційного відділення Сергія Чекмарьова відповідно до проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, з метою повного забезпечення медичними матеріалами, своєчасного і кваліфікованого надання медичної послуги, враховуючи потребу з обсягів споживання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 100 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали:

№ з/п	Найменування товару, технічні вимоги	Міжнародна непатентована назва	Одиниця виміру	Кількість
1	ДРЕНАЖ ПРЯМИЙ №15	НОМЕР ЗА ШКАЛОЮ ШАР'ЕРА 15 ДІАМЕТР (НОМІНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ) - 5 мм ДОВЖИНА (НОМІНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ) - 530 мм МАТЕРІАЛ ВИРОБУ - ПРОЗОРИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ПОЛІВІНІЛХЛОРИД. З'єднання ДЕТАЛЕЙ ДРЕНАЖІВ ВИТРИМУЮТЬ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РОЗТЯГУВАННІ НЕ МЕНШЕ НЕ МЕНШЕ 20 Н . ВИРОБИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ВИРОБИ СТЕРИЛЬНІ, АПРОГЕННІ, НЕТОКСИЧНІ. СПОЖИВЧА ТАРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТЕРИЛЬНОСТІ ВИРОБІВ ПРОТЯГОМ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ. ДРЕНАЖІ СТЕРИЛІЗОВАНІ РАДІАЦІЙНИМ МЕТОДОМ (ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ) СПОЖИВЧА ТАРА МАЄ МІСТИТИ ІНФОРМАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.	шт	500
2	СИЛЬФОН 300 мл	СИЛЬФОНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН ТА ГНІЙНИХ ПОРОЖНИН В РАЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО ДРЕНАЖУ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ. СИЛЬФОНИ МАЮТЬ ВИГОТОВЛЯТИСЯ В СТЕРИЛЬНОМУ ВИКОНАННІ, НОМІНАЛЬНОЮ МІСТКІСТЮ 300 мл. СИЛЬФОНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ.	шт	600
3	СИЛЬФОН 500 мл	СИЛЬФОНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН ТА ГНІЙНИХ ПОРОЖНИН В РАЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО ДРЕНАЖУ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ. СИЛЬФОНИ МАЮТЬ ВИГОТОВЛЯТИСЯ В СТЕРИЛЬНОМУ ВИКОНАННІ, НОМІНАЛЬНОЮ МІСТКІСТЮ 500 мл. СИЛЬФОНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ.	шт	200
4	ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ ВК (БЛІСТЕР)	ПРИСТРІЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ У ДОНОРА ТА НАДХОДЖЕННЯ ЇЇ У ПЛЯШКУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ. ФІЛЬТР ПОВІТРОПРОВОДУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІЛЬТРАЦІЮ ПОВІТРЯ ВІД МІКРООРГАНІЗМІВ. ГОЛКА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПЛЯШКИ - МЕТАЛЕВА. З'єднання ДЕТАЛЕЙ ПРИСТРОЮ ГЕРМЕТИЧНІ ПРИ МІНІМАЛЬНОМУ ВНУТРІШНЬОМУ НАДЛИШКОВОМУ ТИСКУ 50 кПа. З'єднання з ГОЛКОЮ ІН'ЄКЦІЙНОЮ «ЛУЕР-ЛОК». КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ ІН'ЄКЦІЙНОЮ ГОЛКОЮ З ЗОВНІШНІМ ДІАМЕТРОМ 1,8 мм.	шт	70

		Голка ін'єкційна має атравматичну заточку вістря та покрита мастилом. Присднувальний конус голки – „Луєр” з елементом замикаючого з'єднання «Луєр-Лок». Довжина трубки пристрою - 720 мм. Пристрій має виготовлятися без застосування клеїв та токсичних розчинників. Пристрої одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні. Стерилізація пристроїв проводиться газовим методом – оксидом етилену. Термін придатності виробу має становити 5 років від дати виготовлення		
5	Дренаж типу РЕДОН (АДАПТЕР ЖАНЕ) Fr 24 (8.0)	КАТЕТЕР дренажний типу «РЕДОНА» з перфорацією. Дренаж прямий типу «РЕДОНА» (ПВХ) призначений для активного низьковакуумного дренажу м'яких тканин і післяопераційних ран у пацієнтів, які перенесли різні хірургічні втручання. Дренаж випускається стерильним в індивідуальній упаковці, і призначений тільки для одноразового використання, типорозмір Fr 24 діаметр 8.0мм	шт	500
6	Дренаж типу РЕДОН (АДАПТЕР ЖАНЕ) Fr 30 (10.0)	КАТЕТЕР дренажний типу «РЕДОНА» з перфорацією. Дренаж прямий типу «РЕДОНА» (ПВХ) призначений для активного низьковакуумного дренажу м'яких тканин і післяопераційних ран у пацієнтів, які перенесли різні хірургічні втручання. Дренаж випускається стерильним в індивідуальній упаковці, і призначений тільки для одноразового використання, типорозмір Fr 30 діаметр 10.0мм	шт	200

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника.

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні і введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена відрізними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам, тощо).

З метою запобігання закупівлі фальсифікованої продукції, яка може нанести шкоду здоров'ю пацієнтів та персоналу, для забезпечення безпечної роботи персоналу та дотримання законодавства щодо охорони праці, а також для отримання гарантій на своєчасне постачання медичних виробів, які є предметом закупівлі даних торгів, учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника торгів.


Запропоновані вироби повинні бути дозволені до застосування на території України. На кожне найменування мають бути надані декларації відповідності, свідоцтво про якість або інші документи, що підтверджують можливість застосування вибору за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту.

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника.

Строк поставки: до 25.12.2022 р.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Уповноважена особа



Ксенія КОВАЛЬОВА