

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

**Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015)-33160000-9-
(Електрохірургічні прилади)**

05.11.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі: Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015)-33160000-9- (Електрохірургічні прилади).

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2021-11-05-011525-b.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки №33/4-2059 від 21.10.2021 завідувача операційного відділення Сергія Чекмарьова щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі становить –217 150,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015)-33160000-9- (Електрохірургічні прилади):

№ п/п	Код та назва відповідно до НК 024:2019	Загальноприйнята назва	Технічне завдання	Од. виміру	К-ть
1	2	3	4	5	6
1	44755 - Насадка рукоятки ультразвукової хірургічної системи для м'яких тканин, одноразового використання	Одноразові ножиці ультразвукові коагуляційні + технологія адаптації до тканин з функцією досконалого гемостазу	* Ножиці коагуляційні для ендоскопічних операцій. * вигнуті * довжина тубуса 36,0 см * діаметр тубуса 5,0 мм * обертання тубуса на 360 градусів * коагуляція судин до 5 мм * Виріб містить затискаючу лапку та вигнуте лезо з покриттям. * Можливість роботи поблизу життєво важливих структур з мінімальним латеральним пошкодженням тканин, з можливістю різати/коагулювати тканини будь-якою оголеною частиною активованого леза.	шт	1

			* ручна активація насадки за допомогою кнопок розташованих на корпусі рукоятки. * сумісні з лапаросонічною рукояткою. * частота коливань леза 55,5 кгц * наявність 5 рівнів зміни амплітуди руху робочої насадки, з функцією її регулювання * можливість ручної і педальної активації. * робота в мережі змінного струму з напругою 100-240 в, частота 50/60 гц. * вихідна потужність 35 Вт; * призначені для використання у одного пацієнта. Стерильні		
2	44750 - Рукоятка ульразвукової хірургічної системи м'якої тканини, багаторазового використання	Лапаросонічна рукоятка Harmonic	* Наявність функції перетворення електричної енергії сумісного генератора на механічний рух насадок * Наявність вбудованого лічильника кількості активацій (95 активацій). * Можливість активації насадки, приєднаної до рукоятки, за допомогою ручного блоку активації на насадці, а також за допомогою ножного педального приводу. * Наявність функції тестування стану рукоятки з відображенням коду помилки на дисплеї генератора і специфічної звукової індикації у разі несправності рукоятки або некоректного з'єднання рукоятки з приладом або інструментом-насадкою. * Може використовуватися з насадками діаметром 5 мм для відкритої та ендоскопічної хірургії. * Постачається нестерильним. * Відповідність стандарту EN 60601-1.	шт	1
3	44750 - Рукоятка ульразвукової хірургічної системи м'якої тканини,	Лінійний зшиваючо- ріжучий апарат 75мм	* Лінійний зшиваючо-ріжучий апарат для виконання відкритих хірургічних процедур; * довжина робочої частини 75 мм; * довжина розрізу 78 мм; * 6 рядків скобкового шва;	шт	1

	багаторазового використання		*регульована висота закриття скобок (1,5; 1,8; 2,0 мм);		
			*скоби з титанового сплаву;		
			*можливість виконувати до 12 прошивань під час однієї операції;		
			*призначені для використання у одного пацієнта		
4	35615 - Скоба хірургічна, що не розсмоктується	Змінні касети зі скобами до лінійного зшиваючо-ріжучого апарату 75мм	*Змінні касети до лінійного зшиваючо-ріжучого апарату;	шт	12
			*в касету вбудований ніж;		
			*довжина скобкового шва 81 мм;		
			*довжина розрізу 78 мм;		
			*6 рядків скобкового шва;		
			*висота відкритої скоби 4,4 мм;		
			*висота закритої скоби 1,5; 1,8; 2,0 мм;		
			*118 скоб в касеті;		
			*стерильні		
5	35615 - Скоба хірургічна, що не розсмоктується	Змінні касети зі скобами до ендоскопічного лінійного зшиваючого апарату з ножем 45 мм, сині	*Змінні касети зі скобами до ендоскопічного лінійного зшиваючого апарату з ножем;	шт	12
			*довжина скобкового шва 45 мм;		
			*висота відкритої скобки 3,5 мм;		
			*висота закритої скобки 1,5 мм;		
			*6 рядів скобкового шва;		
			*сині;		
			*стерильні.		

товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника. Поставка проводиться окремими партіями з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару.

інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам тощо);

запропоновані вироби повинні бути дозволені до застосування на території України. (на кожне найменування надати декларації відповідності, свідоцтво про якість або інші документи, що підтверджують можливість застосування виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту

залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності;

строк поставки: до 25.12.2021 р.;

місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ