

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (код ДК 021:2015)-33120000-7

27.10.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Предмет закупівлі: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (код ДК 021:2015)-33120000-7.

Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2021-10-27-010220-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін та, враховуючи потребу та проведений моніторинг цін згідно доповідної записки №33/4-2080 від 25.10.2021 завідувача офтальмологічним відділенням Тетяни Литвиненко, орієнтовна вартість становить – 734 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (код ДК 021:2015)-33120000-7:

№	Найменування параметру	Параметри, опис
1.	Призначення лазерної системи (Режим YAG): Задня лазерна капсулотомія, Лазерна іридотомія, Лазерний вітреолізіс	Наявність
2.	Специфікація: Режим YAG	
3.	Тип лазера:	Неодимовий лазер на алюмоітрієвому гранаті (Nd: YAG)
4.	Довжина хвилі:	1064нм
5.	Модова структура:	фундаментальна частота
6.	Принцип дії:	Електрооптичний затвор (CQ- кристал)
7.	Вихідна потужність:	Від 0.2 мДж до 45 мДж з кроком 0.1 мДж
8.	номінально:	У режимі одиначної пульсації максимально 10мДж
9.	Налаштування потужності:	Безперервно регульована в усьому інтервалі можливих енергій
10.	Імпульсний режим:	1, 2, або 3 імпульсу з номінальним інтервалом між ними в 20мс
11.	Зрушення фокусної відстані YAG:	Безперервно регульований від Переднього (-) 500мкм до Заднього (+) 500мкм. фіксуються положення @ 0, +/- 150, 250, 500мкм.
12.	Ширина імпульсу лазера:	4нс +/- 2НС
13.	Інтервал повторень:	2.5 Гц для одиначних імпульсів
14.	Повітряний пробою:	більш 4мДж
15.	Клас безпеки:	клас 3В
16.	Діаметр точки:	8мкм (FWHM)
17.	Кут конусності:	16 °
18.	Фокусна відстань:	107мм

№	Найменування параметру	Параметри, опис
19.	Захисний фільтр окуляра:	OD4 на довжині хвилі 1064нм Клас безпеки:
20.	Точність індикації потужності на дисплеї:	Не нижче +/- 20% від поточної
21.	Прицільний лазерний промінь:	
22.	Тип лазера:	Лазерний діод зі здвоєним променем
23.	Довжина хвилі:	530нм - 545нм (Зелений)
24.	Модовая структура:	Незатухаюче коливання (CW)
25.	Вихідна потужність:	Максимально 200мкВт
26.	Налаштування потужності:	плавно регульована
27.	Клас безпеки:	клас 1
28.	Робочі характеристики:	
29.	Електричний вхід:	перемінний ток 50 / 60Гц, одна фаза, 100-230В
30.	потужність:	200ВА
31.	Номінал запобіжника:	T3.15 АН250V @ 100-120V AC T2.5 АН250V @ 200-230V AC
32.	Діапазон температур:	Перевезення: від -10 до 70 ° C Експлуатація: від 20 до 40 ° C Зберігання: від -10 до 55 ° C
33.	Діапазон відносної вологості:	Експлуатація: 30% -85% без конденсації
34.	Транспортування і зберігання:	дпро 95% без конденсації
35.	Атмосферний тиск:	Експлуатація: 800-1060 мбар Перевезення і зберігання: 500-1060 мбар
36.	Система охолодження:	повітряна
37.	Габарити	72см(В) x 54см (Ш) x 54см (Д)
38.	маса:	21кг (Система) 28кг (в упаковці)
39.	Специфікація щілинної лампи:	
40.	Мікроскоп:	Galilean
41.	Налаштування збільшення:	П'ятиступінчасте обертання барабана
42.	окуляри:	12.5x
43.	Коефіцієнти збільшення:	5.5X, 8.5X, 15X, 25X, 40X
44.	Діапазон міжзіничної відстані:	55 - 75мм
45.	Регулювання діоптрій:	+/- 8D
46.	Дійсне поле видимості:	5.2 - 40мм
47.	Щілинне освітлення:	LED лампа
48.	Щілинна ширина:	0-13мм
49.	Щілинна довжина:	2 - 12.5мм
50.	Щілинна апертура:	0.3, 6, 10, 13мм і плавно регульована
51.	Щілинний кут:	0- 180 градусів
52.	фільтри:	Без червоний (зелений) теплопоглинальних Синій кобальтові
53.	Інтенсивність освітлення:	0 - 60,000Люкс
54.	Комплектується лінзами:	

№	Найменування параметру	Параметри, опис
55.	VCAPS, Лінза Capsulotomy, VOLK (Спеціалізовані лінзи для YAG лазера. Лінзи для капсулотомії, іридєктомії та вітреолізісу підходять для лікування за допомогою аргонів лазерів, доданих лазерів і YAG-лазерів.)	Наявність одна штука
56.	VIRID, Лінза Iridectomy, VOLK (Спеціалізовані лінзи для YAG лазера. Лінзи для капсулотомії, іридєктомії та вітреолізісу підходять для лікування за допомогою аргонів лазерів, доданих лазерів і YAG-лазерів.)	Наявність одна штука
57.	VSMV, Лінза Singh MidVitreous, VOLK (Спеціалізовані лінзи для YAG лазера. Лінзи для капсулотомії, іридєктомії та вітреолізісу підходять для лікування за допомогою аргонів лазерів, доданих лазерів і YAG-лазерів.)	Наявність одна штука

товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника. Поставка проводиться окремими партіями з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару.

інформація про відповідність запропонованих товарів технічним вимогам документації повинна підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та технічним вимогам тощо);

- упаковка Товарів: всі товари будуть поставлятися виключно в упаковці Виробника. Пакування та маркування товарів має відповідати характеру товарів.

- товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності)/ декларацією відповідності.

залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності;

строк поставки: до 25.12.2021 року.


місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Термін та умови поставки Товару: поставка буде проводитись окремими партіями згідно із заявками Замовника з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару. Постачання замовленої продукції (препаратів) здійснюється протягом 3 робочих днів від часу надходження заявки постачальнику засобами міського телефонного (факсимільного) зв'язку. Доставка товару постачальником до дверей отримувача за рахунок постачальника.

Якість товару: Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності), декларацією відповідності

Постачальник бере на себе обов'язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ