

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

(КОД ДК 021:2015) 33690000-3 Лікарські засоби різні

06.102021

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Фармацевтична продукція (КОД ДК 021:2015) 33690000-3 Лікарські засоби різні: Розчинник (20л). Diluent (20 L) Код НК 58237, Розчин лізуючий (500мл). Lyse Solution (500 mL) Код НК 59058, Очисник для периферичної крові (50мл). Probe Cleanser (50 mL) Код НК 59058, Тест- смужки діагностичні для визначення уробіліногену, глюкози, білірубину, кетонів, крові, рН, білка, нітритів, питомої ваги, лейкоцитів, аскорбінової кислоти до аналізатора CITOLAB READER 300, №100 Код НК 30226.

Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2021-10-06-012851-b.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів використання фармацевтичної продукції за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 57 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Фармацевтична продукція (код ДК 021:2015 33600000-6):

№	Найменування товару, його призначення, код НК	Од. вимір у	Кі-ть	Технічні вимоги
1	58237, Розчинник (20л). Diluent (20 L)	п	14	Безбарвна рідина яка повинна складатися з таких основних компонентів: сульфат натрію, буфер антимікробні компоненти. Повинен мати наступні референсні значення: рН не менше ніж 7.0 ± 0.20 ; провідність не менше 17 ± 0.50 мС/см; осмотичний тиск не менше 318 ± 10 мосм/кг. Об'єм реагентів не менше 20 л. Термін придатності 2 роки при температурі зберігання 2-30°C
2	59058, Розчин лізуючий (500мл). Lyse Solution (500 mL)	п	16	Рідина яка повинна складатися з таких основних компонентів: сульфат натрію, поверхнево-активна речовина, гліцерин. Розчин повинен мати наступні референсні значення: рН не менше ніж 8.8 ± 0.2 ; довжина хвилі піку максимальної абсорбції – $\lambda_{\text{макс}}$ (540nm) ± 10 нм; значення холостої проби повинні бути не гірше - лейкоцити $\leq 0.3 \times 10^9$ /л, Hb ≤ 2 г/л. Об'єм реагентів не більше 0,5 л. Термін придатності 2 роки при температурі зберігання 2-30°C
3	59058, Очисник для периферичної крові (50мл). Probe Cleanser (50 mL)	п	25	Безбарвна рідина яка повинна складатися з таких основних компонентів: NaClO, NaOH. Розчин повинен мати наступні референсні значення: холоста проба повинна бути не гірше ніж – лейкоцити $\leq 0,2 \times 10^9$ /л, еритроцити $\leq 0.02 \times 10^{12}$ /л, Hb ≤ 1 г/л, тромбоцити $\leq 10 \times 10^9$ /л. Об'єм реагентів не більше 50 мл. Термін придатності 2 роки при температурі зберігання 2-30°C
4	30226, Тест- смужки діагностичні для визначення уробіліногену, глюкози, білірубину, кетонів, крові, рН, білка, нітритів, питомої ваги, лейкоцитів, аскорбінової кислоти до аналізатора CITOLAB READER 300, №100	п	1	Тест-смужки забезпечують швидке визначення 11 показників у сечі за допомогою аналізатора CITOLAB READER 300. Тести зберігаються при кімнатній температурі від 2 до 30 градусів С. Після відкриття контейнеру смужки стабільні протягом 6 місяців. Порогові рівні визначення: глюкози не вище за 50 мг/дл., кетонів не вище за 5 мг/дл., Еритроцитів не вище 10 Ер/мкл. Лейкоцитів не вище 25 Лей/мкл Нітритів не вище 0,05 мг/дл нітрит іонів. Аскорбінова кислота не вище 20 мг/дл.

- товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника. Поставка проводиться окремими партіями з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару.

- інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам тощо);

- упаковка Товарів: всі товари будуть поставлятися виключно в упаковці Виробника. Пакування та маркування товарів має відповідати характеру товарів.

- товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності)/ декларацією відповідності.

- залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності;

- строк поставки: до 25.12.2021 р.;

- місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.


Термін та умови поставки Товару: поставка буде проводитись окремими партіями згідно із заявками Замовника з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару. Постачання замовленої продукції (препаратів) здійснюється протягом 5 робочих днів від часу надходження заявки постачальнику засобами міського телефонного (факсимільного) зв'язку. Доставка товару постачальником до дверей отримувача за рахунок постачальника.

Якість товару: Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності), декларацією відповідності

Постачальник бере на себе обов'язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ