

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

Устаткування для операційних блоків

25.05.2021 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих міжнародних торгів.

Назва предмету закупівлі ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків

Комплект обладнання для ендоскопії:

- Насос ендоскопічний – 1 шт.

(НК 024:2019: 36023 – Насос для ендоскопічного зрошення / аспірації)

- Репроцесор ендоскопів автоматичний – 1 шт.

(НК 024:2019:35012 - Дезінфікатор ендоскопа.

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2021-05-24-014623-b.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу - становить - 1 200 000 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків

Комплект обладнання для ендоскопії:

- Насос ендоскопічний – 1 шт.

(НК 024:2019: 36023 – Насос для ендоскопічного зрошення / аспірації)

- Репроцесор ендоскопів автоматичний – 1 шт.

(НК 024:2019:35012 - Дезінфікатор ендоскопа):

№	Найменування вимоги	Відповідність
1	Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту.	
2	З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви товару, кількості.	
3	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2020 р.	

4	Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.	
5	Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів (або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару. Учасник зобов'язується провести інструктаж та навчання працівників Покупця з експлуатації обладнання та надавати консультації, у разі необхідності, щодо подальшої експлуатації обладнання	
6	Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською або російською мовою)	
7	Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською або російською мовою	

Номенклатура та обсяги закупівлі

№ з/п	Найменування медичного виробу	Одиниця виміру	Кількість
1	Комплект обладнання для ендоскопії: - Насос ендоскопічний – 1 шт. (НК 024:2019: 36023 – Насос для ендоскопічного зрошення / аспірації) - Репроцесор ендоскопів автоматичний – 1 шт. (НК 024:2019:35012 - Дезінфікатор ендоскопа)	комплект	один

Медико – технічні вимоги КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНДОСКОПІЇ


Медико – технічні вимоги	Відповідність (так/ні) з обов'язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника
Насос ендоскопічний - 1 шт.:	
Призначення: промивання тканин, видалення органічних залишків при проведенні ендоскопічних процедур, для подачі води в шлунково-кишковий тракт	
Насос по типу перистальтичний або аналог	
Тиск подачі води не більше 500 кПа	
Швидкість подачі води не менше 100 мл/хв.	
Контейнер для води об'ємом не менше 2 л	
Наявність ножного перемикача для керування приладом	
Адаптер інструментального каналу - 1 шт.	
Трубка для інструментального каналу - 1 шт.	
Трубка додаткового каналу – 1 шт.	
Насос ендоскопічний повинен бути сумісний з обладнанням яке є у закладі, а саме ендоскопами по типу EVIS	
Репроцесор ендоскопів автоматичний – 1 шт.:	
Призначення: для очищення та дезінфекції високого рівня гнучких ендоскопів та додаткових пристосувань до них:	
Кількість ендоскопів для одночасної обробки, не менше 2	
Очищення за допомогою ультразвуку та проточної рідини	

Час очищення, в межах від 1 до 10 хв.	
Дезінфекція повинна відбуватись повним зануренням у дезінфікуючий розчин	
Час дезінфекції в межах від 5 до 60 хв.	
Можливість перевірки температури розчину дезінфікуючого засобу	
Наявність лічильника розчину дезінфікуючого засобу з можливістю його налаштування	
Підігрів дезінфікуючого розчину повинен відбуватись за допомогою нагрівача, вбудованого в резервуар машини	
Готовий до використання дезінфікуючий розчин повинен бути підігрітим до температури в межах від 20 ⁰ до 30 ⁰	
Об'єм ємкості для обробки, близько 14 літрів	
Об'єм ємкості для розчину дезінфікуючого засобу, близько 17 літрів	
Наявність функції автоматичного промивання каналів ендоскопу спиртом	
Можливість перевірки ендоскопу на герметичність	
Можливість визначення ідентифікатора ендоскопу та користувача	
Наявність функції друку результатів обробки ендоскопу	
Наявність датчика рівня рідини	
Наявність датчика температур	
Наявність аварійної зупинки роботи приладу	
Наявність панелей керування приладом, не менше 2	

Строк поставки товару – до 31.12.2021 року.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ