

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

22.03.2022 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів (з особливостями).

Назва предмету закупівлі: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код ДК 021:2015)-33190000-8:

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель UA-2023-03-22-010364-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки №33/4-425 від 22.02.2023 щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів використання медичних матеріалів за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить - 186 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Код ДК 021:2015-33190000-8:

№	Найменування предмета та його параметри	Одиниця виміру	Кількість	Відповідність: так/ні
1	Пробірка вакуумна для забору крові з бузковою або фіолетовою кришкою, КЗЕДТА, 13*75 мм, 3 мл	уп.	110	
	Об'єм: на 3 мл крові Розміри: 13 мм х 75 мм Наповнювач: ЕДТА К3 Етикетка повинна бути паперова не прозора або прозора Пробірки повинні бути розраховані на взяття венозної крові за рахунок дозованого вакууму; Пробірки для забору венозної крові повинні бути закритими. Пробірки для забору венозної крові повинні бути стерильні. (Для підтвердження стерильності повинно надати копію сертифікату від виробника з перекладом) Пробірки для забору венозної крові повинні бути виготовлені з поліетилентерефталат (ПЕТ). Пробірки для забору венозної крові повинні мати кришку з гумовою мембраною в центрі. Пробірки повинні бути упаковані в групову упаковку кількістю по 100 шт.			
2	Пробірка вакуумна для забору крові з блакитною кришкою, цитрат натрію 3,2 %, 13*75 мм, 3,6 мл (уп. 50-100 шт)	шт.	6200	

	Об'єм: на 3,6 мл крові Розміри: 13 мм x 75 мм Наповнювач: цитрат натрію концентрацією 3,2 % Етикетка повинна бути паперова не прозора Пробірки повинні бути розраховані на взяття венозної крові за рахунок дозованого вакууму; Пробірки для забору венозної крові повинні бути закритими. Пробірки для забору венозної крові повинні бути стерильні. (Для підтвердження стерильності повинно надати копію сертифікату від виробника з перекладом) Пробірки для забору венозної крові повинні бути виготовлені з поліетилентерефталат (ПЕТ). Пробірки для забору венозної крові повинні мати кришку з гумовою мембраною в центрі. Пробірки повинні бути упаковані в групову упаковку кількістю по 50- 100 шт.			
3	Пробірка вакуумна для забору крові з жовтою кришкою, Розділюючий гель та активатор згортання, 13*100 мм, 6 або 8 мл Об'єм: на 6 або 8 мл крові Розміри: 13 мм x 100 мм Наповнювач: Розділюючий гель та активатор згортання Етикетка повинна бути паперова не прозора Пробірки повинні бути розраховані на взяття венозної крові за рахунок дозованого вакууму; Пробірки для забору венозної крові повинні бути закритими. Пробірки для забору венозної крові повинні бути стерильні. (Для підтвердження стерильності повинно надати копію сертифікату від виробника з перекладом) Пробірки для забору венозної крові повинні бути виготовлені з поліетилентерефталат (ПЕТ). Пробірки для забору венозної крові повинні мати кришку з гумовою мембраною в центрі. Пробірки повинні бути упаковані в групову упаковку кількістю по 100 шт.	уп.	150	
4	Тримач (перехідник) для вакуумних пробірок, нестерильний, (з РР, для вакуумних пробірок), 50- 100 шт., уп. 50-100 шт. Тримач для вакуумних пробірок Розмір: Стандарт Колір: прозорий	шт.	5200	
	Наявніть інструкцій (паспортів) по кожній позиції окремо, додати для підтвердження відповідності кількісних, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі			

Наявність Сертифікату відповідності, або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, тощо	
---	--

Товар має постачатися і розвантажуватися транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника.

Поставка проводиться окремими партіями з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам тощо);

запропоновані вироби повинні бути дозволені до застосування на території України. (на кожне найменування надати декларації відповідності, свідоцтво про якість або інші документи, що підтверджують можливість застосування виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту;

залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності;

Якість товару: товар при поставці повинен супроводжуватися документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності), декларацією відповідності (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

Постачальник бере на себе обов'язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів (надати гарантійний лист в довільній формі)

Строк поставки товару – до 25.12.2023 року.

Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

У разі необхідності замовник має право вимагати надання по одному зразку товару, що пропонується до постачання для оцінювання Замовником його відповідності до вимог щодо технічним та якісним характеристикам.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ