

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року

ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

18.07.2023

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів (з особливостями).

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні: ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019 - Класифікатор медичних виробів: 60930 Установка стоматологічна, портативна).

Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2023-07-18-011681-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено відповідно до доповідної записки №33/4-1670 від 18.07.2023 та проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів використання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 924 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні:

№ з/п	Вимоги
1	Стоматологічна установка об'єднана з кріслом на спільній основі виробництва Європейського союзу.
2	Пантографічні консолі столика лікаря і стоматологічного світильника закріплені на гідроблоці установки.
3	Вмикання інструментів з допомогою електричної педалі.
4	Гідроблок з керамічною пльовачкою, носиком наповнювача стакану і змивання пльовачки. Поворотна панель асистента з двома шлангами Cattani аспіратора 11мм і 17 мм з регуляторами сили всмоктування.
5	Столик лікаря на пантографічному плечі з нижнім підведенням шлангів інструментів, з підготовкою розташування п'яти інструментів, з них три зі світлом.
6	На столику лікаря розміщені під плівкою кнопки керування інструментами та негатоскопом з функцією "GIROMATIC" (режим безперервної роботи мікромотора з звичайним наконечником в почерговій зміні напрямку обертів бором направо та наліво, з розгортанням до 180 градусів, з регулюванням швидкості обертання, частоти цих рухів, кнопками на панелі керування роботи мікромотора).
7	Шприц трьохфункційний: вода-повітря-спрей з земною рукояткою та носиком, що автоклавується.
8	Шланг для турбінного наконечника зі світлом
9	Безколекторний електричний автоклавуємий мікромотор, що обертається на 360° та дуже великим діапазоном обертання: від 100 до 40 000 об/хв..
10	П'єзоелектричний скалер зі світлом і «ендофункцією»
11	Фополімерна діодна лампа
12	Негатоскоп на столику лікаря
13	Світильник світлодіодний, з освітленням в діапазоні 5 000- 6 000 К теплоти та 7 000 - 32 000 Лух яскравості світла. Оснащений сенсором безконтактного включення-виключення і безконтактного регулюванням яскравості світильника.
14	Мінімальне положення сидіння крісла пацієнта 420 +/- 20 мм від підлоги, виміряне 150 мм від заднього краю сидіння.

15	Система чистої води.
16	В асистента два шланги аспіратора діаметром 11мм. та 17 мм. з регуляторами потужності аспірації
17	Елементи адаптації до водяної та електричної системи.
18	Напруга 230V± 10%.
19	Частота 50 Hz ± 2%
20	Вхідний тиск повітря з 0,45 до 0,6 МПа
21	Вхідний тиск води з 0,25 до 0,6 МПа
22	Клас захисту від ураження електричним струмом - I
23	Ступінь захисту від ураження електричним струмом – зовнішні частини тип В
24	Компресор європейського виробництва з продуктивністю 130 л/ хв і більше при робочому тиску 0,5 МПа.

- товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника згідно до заявок у робочий час Замовника. Поставка проводиться окремими партіями з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару.

- інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам тощо);

- упаковка Товарів: всі товари будуть поставлятися виключно в упаковці Виробника. Пакування та маркування товарів має відповідати характеру товарів.

- товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності)/ декларацією відповідності.

- залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності;

- строк поставки: до 25.12.2023 р.;

- місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Термін та умови поставки Товару: поставка буде проводитись окремими партіями згідно із заявками Замовника з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару. Постачання замовленої продукції (препаратів) здійснюється протягом 3 робочих днів від часу надходження заявки постачальнику засобами міського телефонного (факсимільного) зв'язку. Доставка товару постачальником до дверей отримувача за рахунок постачальника.

Постачальник бере на себе обов'язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа



Олександр ЛИХУТА